# 2023년 구급 소모품 구매 규격서

1. 품목 및 수량 : **입인두기도기 포함 145종 4708점**
2. 품목별 규격 및 성능 사양 : 붙임
3. 납품장소 : 계양소방서
4. 납품기한 : 계약일로부터 7일 이내
5. 계약 및 납품 조건

가. 하자에 대한 책임 및 납품 시 유의 사항

1) 하자보증 및 책임

가) 하자보증은 1년으로 하고 제조물 책임법[1]을 준용한다.

나) 수요기관이 납품검사한 후 장비의 사용 중 하자가 발생한 경우에 그 책임이 수요기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에 있다고 판단되는 경우 계약자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상교환 또는 A/S를 하여야 한다.

2) 납품유의 사항

가) 품목별 세부 규격과 규정을 명확히 숙지하고 계약물품 납품시 인증, 허가, 신고, 형식승인, 검정, 성능시험 등을 거쳐야 할 품목은 적법절차에 의한 과정이 완료된 제품을 납품하여야 한다.

나) 수요기관의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품은 반드시 포함 납품하여야 한다.

다) 규격의 내용 중 납품검사 시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내·외 공인기관의 시험성적서, 인증서 등을 납품 시 제출하여야 한다.

라) 제출되는 서류가 한글이 아닐 경우 원본과 함께 한글 번역본을 첨부하여야 한다.

마) 구매 규격과 동등 이상의 물품은 납품 가능하며 납품 시 사전협의 하여야 한다.


사) 기타 납품과 관계된 사항은 이 조건에 명시되지 않았어도 납품 전에 수요부서와 반드시 협의하며, 상세규격 등 해석에 이견이 있을 경우 수요부서의 해석에 따라 이행한다.

※ 이하 규격서에 포함된 사진은 참고용이며 실제 제품과 다르고 특정업체를 지칭하는 것이 아님.

---


1) 제조물에 제조상의 결함, 설계상의 결함, 표시상의 결함 해당하는 결함이나 기타 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 생명·신체 또는 재산에 손해(당해 제조물에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

| 제품명칭 | 입인두기도기 |
|---|---|
| 제품규격 | 40㎜/50㎜/60㎜/70㎜/80㎜/90㎜/100㎜ |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 응급상황에서 구강내에 삽입하여 기도 개방을 도와주는 기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제품의 크기를 식별할 수 있을 것 (색깔 및 숫자표시 등)<br>○ 기도기 형태는 둥근 관 형태 일것<br>○ 기도유기기 고정 후 흡입할 수 있도록 기도유지기 끝에서 끝부분까지 구멍으로 이루어질 것<br>○ 끝부분이 둥글게 처리되어 있어 삽입시 구강점막에 손상을 주지 않을 것<br>○ 단단한 재질의 플라스틱으로 쉽게 파손되지 않을 것<br>○ 각각의 개별 제품이 모두 멸균 밀봉으로 포장 될 것<br>○ 교합 저지 기능이 가능할 것<br>○ 사이즈 : 40㎜/50㎜/60㎜/70㎜/80㎜/90㎜/100㎜ |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 코인두기도기 |
|---|---|
| 제품규격 | 20fr/22fr/24fr/26fr/28fr/30fr/32fr |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 응급상황에서 비강내에 삽입하여 기도 개방을 도와주는 기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제품의 크기를 식별할 수 있을 것 (숫자표시)<br>○ 각각의 개별 제품이 모두 멸균 밀봉으로 포장 될 것<br>○ 환자의 연령 및 기도(비강) 크기에 따라 다양한 규격으로 갖추어져 있어야 할 것<br>○ 특수 플라스틱 재질(PVC) 이어야 할 것(라텍스 프리제품)<br>○ 구성 : 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr, 30fr, 32fr |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 성문외기도유지기 |
|---|---|
| 제품규격 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 호 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 의식이 없는 환자의 전문기도유지술을 시행하기 위해 사용(성문외기도기) |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제품의 크기를 식별할 수 있을 것 (색깔 및 숫자표시 등)<br>○ 후두경 없이도 사용이 간편하고 환자에게 삽입 및 위치 확보가 되어야 할 것<br>○ 부드러운 재질로 환자에게 불편한 자극 없이 기도 확보가 가능할 것<br>○ 마스크(커프)에 공기를 넣어 사용하는 제품이 아닐 것<br>○ 환자의 체중에 의해 사이즈를 선택할 수 있을 것<br>○ 각각의 개별 제품이 모두 멸균 밀봉으로 포장 될 것<br>○ 기도의 이물질을 제거할 수 있는 흡인구가 있을 것<br>○ 사이즈 : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 호<br>**○ 지지대 밴드를 걸 수 있는 고리가 있을 것**<br>**○ 제품구성**<br>**- 성문외 기도 유지기(본품), 지지대 밴드** |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 기도삽관튜브(Endo Tube) |
|---|---|
| 제품규격 | 5, 5.5 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자의 기도 확보를 유지하기 위한 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 튜브에는 호흡의 누수를 방지하는 Cuff가 있어야 한다.<br>○ 각 Tube에는 길이를 판단할 수 있는 눈금이 있어야 한다.<br>○ 기도삽관 시 환자의 기도점막 출혈이 없도록 끝 부분이 인체공학적으로 되어 있을 것<br>○ 튜브의 바깥쪽 끝은 수동식/자동식 인공 호흡기와 호환적으로 연결이 가능하여야 한다.<br>○ 튜브는 투명한 재질이어야 한다.<br>○ 튜브 자체에 Blue Line으로 되어있어 X-ray 촬영 시 위치가 뚜렷하게 구별되어야 한다.<br>○ 각각의 개별 제품이 모두 멸균 밀봉으로 포장 될 것<br>○ 사이즈 : 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm<br>**○ 스타일렛이 포함되어 있어야 한다.** |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 기도삽관튜브 고정기 |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용, 소아용 |
| 참고그림 | <br> |
| 용 도 | 환자에게 전문기도유지술 중 하나인 기관내 삽관 후 삽관 튜브를 고정하기 위한 장치 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 소프트한 재질로 되어 환자의 얼굴, 뒷목 피부에 자극을 주지 않는 제품일 것<br>○ 기도삽관 튜브 고정 나사 조절이 원활하며 기도삽관 튜브가 안정적으로 고정될 것<br>○ 기도삽관 튜브 고정시 벨크로 부분이 안정적으로 고정될 것<br>○ 라텍스 성분 미포함일 것<br>○ 구강내 흡인이 가능한 구조로 되어 있을 것<br>○ 슬라이드 스틱이 포함되어 있을 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |


| 제품명칭 | 의료용 윤활제 |
|---|---|
| 제품규격 | 튜브형/120.49g 또는 100g |
| 참고그림 |   |
| 용 도 | 의료용으로 사용하는 젤로써 의료용 기구를 신체내부에 삽입할 때 부드럽게 사용 할 수 있는 윤활제 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 무색무취 무독성 윤활제로 저자극성 일것<br>○ 외과용 살균 윤활제로 사용 가능 할 것<br>○ 적용부위에 균일막을 형성 할 것<br>○ 쉽게 마르지 않는 지속적 윤활작용 할 것<br>○ 적은 양으로도 충분한 성능을 발휘 할 수 있을 것.<br>○ 수용성이며, 물로 씻어낼 수 있을 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품 규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S 기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S또는 신품으로 교체가능 해야 함.<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 비재호흡마스크 |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용 / 소아용 / 영아용 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 재호흡을 방지하여 환자에게 고농도(80-100%)의 산소를 공급하는 기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 성인용 / 소아용 / 영야용 이어야 한다.<br>○ 일회용 제품이어야 한다.<br>○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다.<br>○ 안면부에 고정할 수 있는 고정밴드가 있어야 한다.<br>○ 환자의 상태를 확인할 수 있도록 투명한 재질로 되어 있어야 한다.<br>○ 산소저장용 백과 재호흡 방지 밸브가 있어야 한다.<br>○ 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다.<br>○ 재질 : Soft PVC<br>○ 구성 : 산소마스크+산소연결관+산소저장주머니+실리콘 커프 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 안면마스크(산소마스크) |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용 / 소아용 / 영아용 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 산소가 필요한 환자에게 산소를 원활하게 공급해줄 수 있는 일회용 산소마스크 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 성인용 / 소아용 / 영아용 이어야 한다.<br>○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 응급실이나 중환자실에서도 사용이 가능하여야 한다.<br>○ 고정시킬 수 있는 머리 끈이 부착되어 있어야 한다.<br>○ 투명하여 내부가 보일 수 있어야 한다.<br>○ 일회용 제품<br>○ 재질 : soft PVC<br>○ 구성 : 산소마스크 + 산소연결관 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 비강캐뉼라 |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용 / 소아용 / 영아용 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 산소가 필요한 환자에게 비강을 통해 산소를 공급해줄 수 있는 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 성인용 / 소아용 / 영아용 이어야 한다.<br>○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 응급실이나 중환자실에서도 사용이 가능하여야 한다.<br>○ 환자의 비강에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다.<br>○ 산소 유입구 부분이 환자의 비강에 자극을 주지 않는 재질이어야 한다.<br>○ 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다.<br>○ 투명한 재질로 되어 있어야 한다.<br>○ 재질 : soft PVC<br>○ 일회용 제품 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 흡인용 카테터(latex) |
|---|---|
| 제품규격 | 8, 10, 12, 14, 16fr |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 기관 내에 고인 이물질 제거 시 사용하는 물품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 재질 : Latex<br>○ 부드럽게 삽입이 가능하여야 한다.<br>○ 사이즈 : 8, 10, 12, 14, 16fr |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것 |

| 제품명칭 | 흡인용 카테터(PVC) |
|---|---|
| 제품규격 | 8, 10, 12, 14, 16fr |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 기관 내에 고인 이물질 제거 시 사용하는 물품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재질 : PVC<br>○ 부드럽게 삽입이 가능하여야 한다.<br>○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 규격 : 8, 10, 12, 14, 16fr |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것 |

| 제품명칭 | 산소연결줄 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 2.1m |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자에게 산소공급을 원활하게 해주는 호스 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 일회용 제품<br>○ 개별 멸균 포장되어 있어야 한다.<br>○ 재질 : soft PVC<br>○ 규격 : 2.1m(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것 |

| 제품명칭 | 일회용 산소가습기 |
|---|---|
| 제품규격 | 340 ML |
| 참고그림 | <br>**실제는 이미지와 다를 수 있음**<br>**(예시 사진임)** |
| 용 도 | 산소공급이 필요한 환자에게 유량계와 연결하여 산소마스크를 이용해서 필요한 만큼 산소를 공급한다. |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 산소 가습기는 환자가 숨을 더 편하게 쉬게 하고, 호흡기관의 건조함을 줄여줘야 한다.<br>○ 기존의 재사용 산소가습기와 달리 1회용 Bottle로 되어 있어 증류수 모두 소진 후 새 제품으로 교환하여야 한다.<br>○ 물의 공급, 세척, 멸균 등 추가 관리가 필요 없어 관리 비용을 줄일 수 있어야 한다.<br>○ 멸균 포장이 되어 있어 감염의 위험성을 줄여주어야 한다.<br>○ Bottle 파손의 우려가 없어야 한다.<br>○ Closed System(밀폐 시스템)으로 되어 있어 Bottle의 뚜껑 개봉 및 증류수의 교환 과정에서 발생 할 수 있는 Bottle의 오염 가능성이 매우 낮아야 한다.<br>○ Snap-off trigger 디자인으로 손쉽게 산소 커넥터를 연결할 수 있어야 한다.<br>○ 용액은 초순수 증류수 (De-ionized water)로 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 초순수 증류수 : 물에서 H2 O를 제외한 모든 성분을 제거한 가장 순수한 물이며, 세균이 들어가도 삼투압현상으로 인하여 세균 번식이 어려워야 한다.<br>○ 산소공급의 주기가 짧고 빈번하게 사용하는 경우, Bottle안의 멸균 증류수가 남더라도 기존 방식처럼 증류수를 교체하거나, Bottle을 교체할 필요 없이 남은 증류수로 다른 환자에게 사용 가능하여야 한다.<br>○ 용량 : 340ml<br>○ 병 재질 : Polypropylene<br>- @ 2 LPM : 약 159시간 또는 6.7일<br>- @ 5 LPM : 약 71시간 또는 2.9일<br>- @ 8 LPM : 약 51시간 또는 2.2일 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것 |

| 제품명칭 | 흡인용 통 |
|---|---|
| 제품규격 | LCSU4 / Jet-AT |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 휴대용 흡인기 전용 흡인용 통 |
| 주요제원 및 성 능 | (LCSU4)<br>○ 용 량 : 300ml<br>○ LCSU4 흡인기 호환되는 석션통이어야 한다.<br><br>(Jet-AT)<br>○ Jet-AT 호환되는 소모품이어야 한다.<br>○ 흡인용기와 흡인튜브가 일체형이어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |


| 제품명칭 | 흡인용 튜브 |
|---|---|
| 제품규격 | 1.3M |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 튜브 양 끝에 커넥터가 있어 흡인 기계 및 카테터에 연결할 수 있을 것<br>○ EO가스로 멸균된 상태로 개별 포장되어 있을 것<br>○ LCSU4, Jet-AT 흡인기와 호환되는 제품 이어야 한다.<br>○ 제품규격<br>- 튜브길이 : 1.3M(±5% 허용오차범위)<br>- 튜브외경 : 10mm(±5% 허용오차범위)<br>- 튜브내경 : 6mm(±5% 허용오차범위)<br>- 커넥터 내경 : 9.7mm(±5% 허용오차범위)<br>- 커넥터 길이 : 4.8mm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 조절식 경추보호대 |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용/소아용 |
| 참고그림 | <br><br>**실제는 이미지와 다를 수 있음**<br>**(예시 사진임)** |
| 용 도 | 목 부위(경추)에 발생한 골절 및 이완 등을 보호하기 위하여 사용하는 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제품은 성인용 또는 으로 제품화 되어있어야 한다.<br>○ 양쪽의 버튼을 조절하여 풀림, 고정을 할 수 있는 장치가 되어있어야 한다.<br>○ 높이 4단계는 식별이 용이하게 성인용은 3, 4, 5, 6 소아용은 1, 2, 3 숫자와 색상별로 되어있어야 한다.<br>○ 높이 조절은 성인용은 16단계, 소아용은 12단계로 세밀하게 조절할 수 있어야 한다.<br>○ 오른쪽 측면부에 사용 방법 그림이 표시 되어 있어야 한다.<br>○ 견고하고 부드러운 이중 재질로 착용시 목 부위를 고정 하여 움직임이 없어야한다.<br>○ 제품의 전면부가 개방되어 환자의 목 상태 관찰이 가능하여야 한다.<br>○ 일체형이며 고정용 벨크로 타입으로 결속 및 해체할 수 있는 구조이어야 한다.<br>○ 부목의 안쪽 면이 부드러운 재질(IXPE)로 환자의 불편함이 없어야 한다.<br>○ 산소호스를 장착할 수 있는 홀더가 있어야 한다.<br>○ 부목 착용 후 X-ray, CT, MRI 촬영이 가능하여야 한다.<br>○ 의료기기 제조(수입) 품목신고(허가)를 받은 제품이어야 한다.<br>○ 크기<br>- 성인용 : 570 X 180 X 24mm(±5% 허용오차범위)<br>- 소아용 : 445 X 112 X 21mm(±5% 허용오차범위)<br>○ 조절가능 높이<br>- 성인용 : 100~145mm(±5% 허용오차범위)<br>- 소아용 : 65~100mm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제푸의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 경추보호대 |
|---|---|
| 제품규격 | 영아용 |
| 참고그림 | <br>**실제는 이미지와 다를 수 있음**<br>**(예시 사진임)** |
| 용 도 | 영아 환자의 경추부와 척추를 고정시켜 주는 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 영아의 머리와 척추를 안전하고 부드럽게 고정하여 적절한 기도개방과 척추고정을 할 수있을 것<br>○ 영아의 경추, 흉추, 요추, 천추를 지지하면서 편안한 착용감을 위해 Sorbatex™라이너로서 곡선 형태일 것<br>○ 영아의 신체를 압박, 고정할 수 있게 다리, 허리, 목, 머리 부분에 각각의 스트랩이 장치되어 있을 것<br>○ 척추지지대, 경추 칼라가 1세트일 것<br>○ 착용상태로 X-ray, MRI, CT 촬영이 가능할 것<br>○ 식약처 인증 제품일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제푸믜 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 철사부목 |
|---|---|
| 제품규격 | 50.2X9.2X0.5cm, 80.1X9.2X0.5cm, 100.1X9.2X0.5cm |
| 참고그림 | <br>**실제는 이미지와 다를 수 있음**<br>**(예시 사진임)** |
| 용 도 | 골절이 발생한 환자에게 골절부위를 고정시키기 위해 사용하는 장비. |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 부목은 굽힘과 접힘이 자유로워 보호능력이 탁월해야 한다.<br>○ 팔과 다리의 골절 부위를 고정시켜 줄 수 있어야 한다.<br>○ 철사 부목에는 외부 코팅 처리가 되어 있어야 한다.<br>○ 형태는 사다리식 형태의 구조여야 한다.<br>○ 크기 : 대 : 약 100.1cm X 9.2cm X 0.5cm(±5% 허용오차범위)<br>중 : 약 80.1cm X 9.2cm X 0.5cm(±5% 허용오차범위)<br>소 : 약 50.2cm X 9.2cm X 0.5cm(±5% 허용오차범위)<br>○ 사이즈별로 개별구매가 가능하여야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제조일로부터 1년 이내의 물품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 알루미늄부목 세트 |
|---|---|
| 제품규격 | 알루미늄/4종 |
| 참고그림 | <br>**실제는 이미지와 다를 수 있음**<br>**(예시 사진임)** |
| 용 도 | 환자의 골절부위를 보호하여 2차 손상을 방지하기 위한 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 부목의 내부에 얇고 부드러운 알루미늄 판이 들어있고, 표면은 폴리비닐로 코팅된 구조로 되어있어야 한다.<br>○ 부목을 댄 상태에서 X-ray 촬영을 할 수 있어야 한다.<br>○ 본 부목을 접거나 구부려 경추고정대 대용으로 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 가위나 칼로 쉽게 오려져 필요한 크기로 손쉽게 잘라 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 표면의 코팅된 부위는 잘 오염되지 않고 세척하여 다시 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 여러가지 크기로 구성되어 있어 다양한 골절부위에 적용할 수 있어야 한다.<br>○ 구성<br>- 대형 : 1000cm x 11cm(±5% 허용오차범위)<br>- 중형 : 47cm x 11cm(±5% 허용오차범위)<br>- 소형 : 23cm x 11cm(±5% 허용오차범위)<br>- 손가락형 : 9.5cm x 4.5cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 알루미늄 손가락 부목 |
|---|---|
| 제품규격 | 2cmX30cm / 20개 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 손가락 등 얇은 신체부위의 염좌, 골절 시 고정시키는 목적 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 앞면은 알루미늄 소재, 뒷면은 부드러운 스펀지 등의 소재로 되어있을 것<br>○ 원하는 길이만큼 잘라서 사용할 수 있을 것<br>○ 앞면(알루미늄) 부위는 보호필름으로 덮어 보호되어 있는 상태일 것<br>○ 규격 : 2cmx30cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 멸균거즈 |
|---|---|
| 제품규격 | 2"X2" / 4"x4" |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 치료에 사용되는 멸균 거즈 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 종이박스로 보관이 되어야 한다.<br>○ 흡수력과 통풍성이 좋아야 한다.<br>○ 단위 포장이 되어야 한다.<br>○ 규격<br>- 2" x 2" : 5cm x 5cm x 8겹 / 5매 x 20포(±5% 허용오차범위)<br>- 4" x 4" : 0.5cm x 10cm x 8겹 / 5매 x 20포(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S 기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 화상용 거즈 |
|---|---|
| 제품규격 | 10X10 / 20X20 / 30X30cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 중증 화상 환자 발생 시 화상 부위에 직접 적용하는 제품으로, 하이드로겔이 화상 부위의 손상을 최소화 해주는 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 번프리의 고유 기술력으로 탄생한 하이드로겔이 화상부위의 열을 식혀주고 습윤 환경을 조성하여 화상 부위의 손상을 최소화 해줄 수 있어야 한다.<br>○ 환자의 고통을 경감시켜주고, 환자가 침착할 수 있어야 한다.<br>○ 드레싱(패드)은 번프리가 자체 개발한 폴리프로필렌 폼의 흡수력을 이용하여 겔이 폼에 풍부하게 고루 함유되어 있어야 한다.<br>○ 기존의 폴리에스테르 거즈와는 다르게, 번프리 드레싱은 더욱 풍부한 양의 하이드로겔을 상처 부위에 전달하여 열 흡수 효과와 쿨링 효과가 탁월하여야 한다.<br>○ 외부 유해환경으로부터 오염과 감염을 막아주어 화상 부위 감염을 최소화하여야 한다.<br>○ FDA, EC, KFDA 승인 및 미국 특허인증, 유럽 CE마크 획득한 제품이어야 한다.<br>○ 사이즈<br>- 10cm x 10cm(±5% 허용오차범위)<br>- 20cm x 20cm(±5% 허용오차범위)<br>- 30cm x 30cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제푸믜 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 탄력붕대 |
|---|---|
| 제품규격 | 5X215cm, 7.5X215cm, 10X215cm, 15X215cm / 12롤 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 구조 구급 활동 과저에서 사용하는 탄력붕대 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 비멸균 제품<br>○ 개별포장이 되어 있어야 한다.<br>○ 보관 시, 사용 후 붕대를 고정 시켜주는 고정핀이 있어야 한다.<br>○ 면혼방폴리에스터13번수합사 및 면혼방폴리에스터 30번수합사를 사용한 제품이어야 한다.<br>○ 탄력과 통풍성이 뛰어나야 한다<br>○ 관절 및 환부의 시술 후 활동서과 착용감이 우수해야 한다.<br>○ 사이즈<br>- 2" : 5cm x 215cm x 12입(±5% 허용오차범위)<br>- 3" : 7.5cm x 215cm x 12입(±5% 허용오차범위)<br>- 4" : 10cm x 215cm x 12입(±5% 허용오차범위)<br>- 6" : 15cm x 215cm x 12입(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 종이 반창고 |
|---|---|
| 제품규격 | 종이/1인치/12입 |
| 참고그림 | 3M<br>Micropore™ 1533-1 (12개입)<br>제품명 : 마이크로포 의료용테이프(살색)<br>제조자 : (주)메디탑<br>제조의뢰 및 판매자 : 한국쓰리엠(주)<br>사이즈 : 2.5cm x 9.1m<br>용량 : 12개입(1박스)<br> |
| 용 도 | 호흡보조장치 고정, 약간의 압박드레싱 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 저알러지성으로 피부자극이 없을 것<br>○ 통기성과 환기성이 우수할 것<br>○ 접착력이 우수하여 굴곡이 있는 신체부위에도 잘 밀착 될 것<br>○ 필요한 만큼 잘라서 사용할 수 있을 것<br>○ x-ray 촬영 시 빛이 투과 될 것<br>○ 사이즈<br>- 1.25cm x 9.1m(±5% 허용오차범위)<br>- 2.5cm x 9.1m(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 실크 반창고 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 실크/1인치/12입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 호흡보조장치 고정, 약간의 압박드레싱 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 직조된 부드러운 천 재질로 톱니모양의 가장자리<br>○ 저알러지성으로 피부자극이 없을 것<br>○ 통기성과 환기성이 우수할 것<br>○ 접착력이 우수하여 굴곡이 있는 신체부위에도 잘 밀착 될 것<br>○ 필요한 만큼 잘라서 사용할 수 있을 것<br>○ X-ray 촬영시 빛이 투과 될 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 플라스틱 반창고 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 2.5cm x 9.1m, 12개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 의료용으로 사용되는 반창고 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 적절한 탄력성 및 점착력이 좋아서 굴곡이 있는 부위에 밀착이 되어야 한다.<br>○ 붕대, 거즈, 수액튜브, 카테터 등을 고정할 때 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 통기성 및 천공성이 우수하여 피부의 환기를 도와 연약한 피부에도 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 규격 : 2.5cm × 9.1m, 12입(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 면반창고 |
|---|---|
| 제품규격 | 대형, 중형, 소형 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 의료용으로 사용되는 반창고 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 적절한 탄력성 및 점착력이 좋아서 굴곡이 있는 부위에 밀착이 되어야 한다.<br>○ 붕대, 거즈, 수액튜브, 카테터 등을 고정할 때 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 통기성 및 천공성이 우수하여 피부의 환기를 도와 연약한 피부에도 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 사이즈(±5% 허용오차범위)<br>- 대형 : 7.5cm x 330cm(10개x20통)<br>- 중형 : 2.5cm x 330cm(20개x25통)<br>- 소형 : 1.0cm x 330cm(50개x20통) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 의료기기법 등 관계 법령에 따른 허가(신고)를 득한 제품이어야 할것 |

| 제품명칭 | 구급활동용 가위 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 14cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 절개 절단을 위한 구급활동용 의료용 가위 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 커브형 칼날로 끝부분이 둥근 안전한 제품일 것<br>○ 의료기기 신고제품일 것<br>○ 소독 후 재사용이 가능한 제품일 것<br>○ 사이즈 : 14cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 구조사용 가위 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 18cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자의 처치 시 사용되는 절단용 가위 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 가벼운 재질로 되어 있어야 한다<br>○ 소재는 스태인리스(본체), 플라스틱(손잡이)으로 되어있을 것<br>○ 사이즈 : 18cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 자가접착밴드 |
|---|---|
| 제품규격 | 1인치x4.5m, 2인치x4.5m, 3인치x4.5m, 4인치x4.5m, 6인치x4.5m |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 핀이나 반창고 없이 고정되는 자체 접착식 탄력붕대 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 자가접착식으로 통기성이 우수하고 피부에 자극이 없을 것<br>○ 일정압력을 유지하여 부종 및 출혈 조절이 가능할 것<br>○ 손으로 잘라서 사용이 가능할 것<br>○ 사이즈(±5% 허용오차범위)<br>- 1인치 x 4.5m<br>- 2인치 x 4.5m<br>- 3인치 x 4.5m<br>- 4인치 x 4.5m<br>- 5인치 x 4.5m<br>- 6인치 x 4.5m |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 일회용 밴드 |
|---|---|
| 제품규격 | 혼합형, 낱개포장 / 22매X20갑 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 창상면 보호 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 상처에 사용가능한 제품으로 패드면에 살균제가 첨가되어 상처부위 보호효과가 있을 것<br>○ 쿠션패드에 특수폴리에틸망을 씌워 밴드제거시 상처에 달라붙지 않을 것<br>○ 미세한 통기구멍으로 상처회복에 도음이 될 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 알코올 솜 |
|---|---|
| 제품규격 | 100매 낱개포장 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 피부, 창상 부위의 소독, 의료용구의 소독 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 성상 : 에탄올을 흡착시켜 만든 부직포<br>○ 손으로 쉽게 뜯을 수 있을 것<br>○ 개별 포장이 되어 있을 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 망붕대 |
|---|---|
| 제품규격 | 1호, 2호, 3호, 4호, 5호, 6호, 7호, 8호 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 드레싱 위에 거즈를 고정시키기 위한 망 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 어느 부위든 쉽게 감쌀 수 있어야 한다.<br>○ 용도에 따라 쉽게 잘라서 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 탄력이 오래 유지되고 변형이 없어야 한다.<br>○ 머리, 가슴, 어깨, 팔꿈치, 무릎 등에 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 환부에 거즈를 부착하고도 움직임이 편해야 한다.<br>○ 환부에 통기성 증가 (화상 부위에 효과적)<br>○ 순면소재로 제작되어 피부염, 피부 발진 등의 부작용을 방지하여야 한다.<br>○ 상처 치료 시 사용자 본인이 편하게 사용 가능하여야 한다.<br>○ 사이즈(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 규격 | 길이(W X L) | 사용부위 |
|---|---|---|
| 1 | 2.2cm X 25m | 손가락, 어린이 다리 |
| 2 | 2.2cm X 25m | 손, 팔, 다리 |
| 3 | 2.2cm X 25m | 발, 무릎 |
| 4 | 2.5cm X 25m | 무릎, 다리, 어린이 머리 |
| 5 | 3.0cm X 25m | 어깨, 다리, 어린이 머리 |
| 6 | 5.5cm X 25m | 가슴, 허리, 몸, 머리 |
| 7 | 2.2cm X 25m | 가슴, 허리, 몸통 |
| 8 | 2.2cm X 25m | 가슴, 허리, 몸통 |

| 제품명칭 | 천반창고 |
|---|---|
| 제품규격 | 5cmX10m, 7.5cmX10m, 10cmX10m |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 호흡보조장치, 붕대 등 고정, 약간의 압박드레싱 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 부드러운 천으로 흡수가 빠른 롤타입 부직포 반창고<br>○ 필요한 크기로 잘라서 사용이 가능할 것<br>○ 저자극성 재질일 것<br>○ 천공조직으로 통기성이 우수하고 상처부위에 사용해도 안전할 것<br>○ 접착력이 우수하고 굴곡 있는 신체부위에도 밀착 될 것<br>○ 사이즈(±5% 허용오차범위)<br>- 5cm x 10m<br>- 7.5cm x 10m<br>- 10cm x 10m |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 스프레이 파스 |
|---|---|
| 제품규격 | 200ml |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 통증완화용 보조치료제 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 구분 : 의약외품<br>○ 무색 또는 미황색의 액체로 원액과 분사제를 내압용기에 충진한 에어로솔제이어야 한다<br>○ 삔 곳, 멍든 곳, 타박상, 근육통 치료의 보조역할이 가능하여야 한다 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 외과용 패드 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 18cm X 18cm / 20입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 상처 보호 및 삼출액 흡수 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 탈지면과 거즈로 덮여 있는 사각형의 패드 모양<br>○ 비멸균된 제품의 거즈여야 한다<br>○ 사이즈 : 18cm x 18cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 환자 팔 고정대 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 성인용, 소아용 |
| 참고그림 |   |
| 용 도 | 부목한 팔을 고정 시 사용 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재질 : 천<br>○ 좌/우 구분없이 사용 가능할 것<br>○ 길이 조절이 가능할 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 트위스트 지혈대 |
| --- | --- |
| 제품규격 | |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 사지를 압박하여 지혈시키는 의료기기 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구<br>○ 구성 : 밴드, 지혈봉, 고정클립 등<br>○ 적용시간을 적을 수 있는 라벨이 있을 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 분만팩 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 낱개 멸균포장 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 응급상황에서 분만 처리 시 기본적으로 사용할 수 있는 수술포 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 응급상황에서 발생하는 산모의 출산에 대비하여 기본적으로 갖추어야 할 품목들이 내장되어 상황에 즉각적으로 대처할 수 있어야 한다.<br>○ 개별 포장되어 있어야 하며 개별 허가를 득한 제품이어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 적출물 보관 비닐 |
|---|---|
| 제품규격 | 아이솔레이션백/멸균 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 인체 장기, 적출물을 보관할 때 쓰는 비닐 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 인체의 장기 및 적출물을 보관할 때 사용하여야 한다.<br>○ 분만 시 태반을 적출할 수 있는 백이어야 한다.<br>○ 분만 후 태아의 적출물 등과 같은 인체 조직이나 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물을 담을 수 있어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 탯줄클립 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 50입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 응급상황에서 분만 처리 시 기본적으로 사용할 수 있는 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 응급 상황에서 발생하는 산모의 출산에 대비하여 기본적으로 갖추어야 할 품목들이 내장되어 상황에 즉각적으로 대처할 수 있어야 한다.<br>○ 개별 포장되어 있어야 하며 개별 허가를 득한 제품이어야 한다.<br>○ 멸균 제품이어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 이경구스포이드 |
|---|---|
| 제품규격 | 멸균포장 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 수동식 의료용 흡인기 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 태아나 신생아의 혈액, 체액 등을 흡입하는데 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 멸균된 제품이어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 태가위/직선 |
|---|---|
| 제품규격 | 18cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 인체 조직의 절단 등에 사용하는 진료용 가위 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재질 : 스테인레스<br>○ 직선형이어야 한다.<br>○ 산부인과 탯줄을 자르거나 그 외 용도로 사용되어야 한다.<br>○ 멸균 후 개별포장된 제품이어야 한다.<br>○ 사이즈 : 18cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 캘리 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 14cm / 곡선 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 치료에 사용되는 의료기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재질 : 스텐레스<br>○ 규격 : 14cm(±5% 허용오차범위)<br>○ 멸균 후 개별포장된 제품일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 캘리 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 14cm / 직선 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 치료에 사용되는 의료기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재질 : 스텐레스<br>○ 규격 : 14cm(±5% 허용오차범위)<br>○ 멸균 후 개별포장된 제품일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 식품의약품안전처의 의료기기 수 ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 산모패드 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 5입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 간병 시, 생리 시기 수면 시, 기저귀 교체 시 사용 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 신생아의 방수요 대신 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 기타 다양한 용도로 사용할 수 있어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 태아보온시트/속싸개 |
| --- | --- |
| 제품규격 | |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 태아의 체온을 보온하는 시트 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 태아의 체온을 보온할 수 있어야 한다.<br>○ 멸균 포장처리 되어 있어야 한다.<br>○ 재질 : 면 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |


| 제품명칭 | 분만 가방 |
| --- | --- |
| 제품규격 | OB bag |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 분만처치용품을 보관하는 가방 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 응급상황에서 발생하는 산모의 출산에 대비하여 기본적으로 갖추어야 할 용품들을 보관할 수 있어야 한다.<br>○ 휴대가 편리해야 한다.<br>○ 가방에 분만세트가 표기되어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 보온용 모포 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 160x210cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 체온유지를 위해 사용하는 담요 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 휴대하기 편리한 가벼운 재질일 것<br>○ 세탁이 가능한 재질일 것<br>○ 사이즈 : 160x210cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 일회용 담요(은박) |
|---|---|
| 제품규격 | 130x210cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 체온유지를 위해 사용하는 일회용 담요 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 휴대가 간편한 제품일 것<br>○ 재질 : PET<br>○ 중량 : 50g<br>○ 사이즈 : 130x210cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 의료폐기물 봉투 |
|---|---|
| 제품규격 | 20x30cm /30x45cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 의료용 폐기물을 담는 봉투 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 병원성 세균, 방사성 물질, 유해한 유기 화합물질 등을 분리수거 및 멸균 소각 폐기할 수 있어야 한다.<br>○ 봉투 겉면에 의료용 폐기물이라는 마크가 있어야 한다.<br>○ 사이즈<br>- 20x30cm(±5% 허용오차범위)<br>- 30x45cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 주사바늘 폐기용기 |
|---|---|
| 제품규격 | 용량 : 1L |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 주사바늘 등을 폐기하는 통으로 의료폐기물의 2차 감염 예방을 위해 안전하게 주사바늘을 보관하는 용기 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제품 표면에 의료폐기물 전용 용기임을 알 수 있는 표시가 있어야 한다.<br>○ 재질 : 플라스틱 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 구토용백 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 깔대기형 / 1000ml / 20입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자가 구토할 시에 구토색을 알아볼 수 있는 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 투명한 비닐로 된 제품이어야 한다.<br>○ 입 부위에 닿는 곳은 날카롭지 않아야 한다.<br>○ 깔때기형의 모양이어야 한다.<br>○ 한팩/20개입인 제품이어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 덴탈마스크 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 85mmx160mm / 50입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 코와 턱에 맞추어 마스크를 착용해 감염을 예방하는 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 3중 필터로 안전하게 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 조절이 가능한 와이어가 내장되어 있어야 한다.<br>○ 간편한 팝업형인 제품으로 한 장씩 뽑아 쓸 수 있는 제품이어야 한다.<br>○ 장시간 착용에도 편하게 사용할 수 있는 부드러운 내피이어야 한다.<br>○ 50개입/박스<br>○ 사이즈 : 85x160mm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 일회용 패드(위생깔개매트) |
|---|---|
| 제품규격 | 10매 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자 이송하는 주들 것 위에 깔아 사용하는 방수 매트 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 방수소재를 사용할 것<br>○ 부드러운 원단을 사용해 피부에 닿는 느낌이 편안할 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 멸균장갑 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 7Fr, 6 2/1Fr / 50조 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 감염방지를 위해 착용하는 멸균 장갑 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 라텍스로 이루어진 파우더 프리 멸균 장갑인 제품<br>○ 수술용으로도 사용 할 수 있는 제품<br>○ 일회용 제품<br>○ 좌, 우 구분이 되어있는 제품일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 니트릴 글러브 |
|---|---|
| 제품규격 | 대, 중, 소 / 각 100입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 구급활동 시 환자 및 사용자를 교차감염으로부터 지키기 위해 사용하는 일회용 장갑 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 니트릴 재질이어야 한다.<br>○ 간편하게 뽑아 쓸 수 있는 박스에 담겨있어야 한다.<br>○ 쉽게 찢어지거나 구멍이 없어야 한다.<br>○ 좌, 우 구분없이 양손 착용이 가능한 제품일 것<br>○ 100매/박스<br>○ 사이즈<br>- 대 105x240mm (±5% 허용오차범위)<br>- 중 94x240mm (±5% 허용오차범위)<br>- 소 83x240mm (±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 폴리 글러브 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 23x25.5cm / 200매 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 감염방지와 오염을 줄이기 위한 장갑 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 비멸균 포장상태로 보관되어 있어야 한다.<br>○ 간편하게 뽑아 쓸 수 있는 박스에 담겨있어야 한다.<br>○ 재질 : 저밀도 폴리에틸렌<br>○ 200매/박스<br>○ 사이즈 : 23x25.5cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 손소독제 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 500ml |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 손 및 피부의 살균소독 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 에탄올 70% 이상 함유된 제품 일 것<br>○ 무색의 투명한 겔 제품일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 플라즈마 포장지 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 특대 30cmx100m / 대 20cmx100m / 중 15cmx100m / 소 10cmx100m |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 플라즈마 소독기에 물품을 소독할 때 제품을 담는 포장지 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 롤로 되어있어 기구 사이즈에 맞게 커팅하여 사용하는 제품<br>○ 멸균 후 포장지에 인쇄된 인디게이터 색이 변화되어 멸균 여부를 알아볼 수 있어야 한다.<br>○ 사이즈(±5% 허용오차범위)<br>- 특대 30cmx100m<br>- 대 20cmx100m<br>- 중 15cmx100m<br>- 소 10cmx100m |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 플라즈마 인디게이터 테이프 |
|---|---|
| 제품규격 | 2cmx50m |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 소독된 물품과 소독되지 않은 물품을 확인하기 위한 인디게이터 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 소독이 된 제품을 확인하기 위하여 플라즈마 소독후에는 색이 변하는 제품이어야 한다.<br>○ 테이프 형태의 제품이어야 한다.<br>○ 사이즈 : 2cmx50m (±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 라벨용지 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 22x12mm / 10롤 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 멸균 포장이 된 용지에 년, 월, 일을 숫자로 표기하는 제품에 사용되는 용지 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 접착이 뛰어난 제품일 것<br>○ 모텍스 8열 제품에 호환되는 제품일 것<br>○ 잉크가 번지지 않는 제품일 것<br>○ 사이즈 : 22x12mm (±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |


| 제품명칭 | 검안라이트 |
|---|---|
| 제품규격 | |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자의 동공반응, 크기 등을 불빛을 사용하여 검진하는 기구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 진료용 조명등을 사용한 제품 일 것<br>○ 휴대가 편리한 클립형일 것<br>○ 보관이 편한 펜 모양 일 것<br>○ AAA건전지 2개를 사용하는 제품 일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 혈당측정 스트립 |
|---|---|
| 제품규격 | 구성 : 50T/개 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 자기검사용으로 혈액내 포도당을 측정하기 위해 개인용혈당측정시스템에 사용되는 검사지 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 유효기간이 표시된 제품 일 것<br>○ 로슈 아큐첵 퍼포마와 호환되는 제품일 것<br>○ 6개의 골드 전극을 사용하여 더욱 정확한 결과를 보장해야 한다.<br>○ Y타입의 혈액 흡입구를 사용하여 혈액 점적이 더욱 쉬워졌으며, 필요한 혈액이 제대로 흡수되었는지 노란 창을 통해 확인할 수 있어야 한다.<br>○ 적은 혈액량(0.6 μL)으로 정확한 검사가 가능함, 혈액이 모자란 경우 추가 점적이 가능해야 한다.<br>○ 검사지 개봉일과 상관없이 용기에 적혀있는 유효기간까지, 제조일로부터 최장 18개월까지 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 검사지가 크고 넓어 모든 연령층에서 다루기에 편리하며, 안정감 있는 소재를 사용하여 쉽게 구부러지지 않아 편안하게 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 포도당 탈수소효소방식을 사용하여 혈중산소농도에 상관없이 정확한 결과를 나타내야 한다.<br>○ 아큐-첵 로고 및 검사지 삽입방향이 검사지 상에 표기되어 있어서 검사지를 올바로 꽂을 수 있도록 도와주어야 한다.<br>○ 검사지 용기의 뚜껑을 밀어 올려 편리하게 여닫을 수 있어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 안전란셋 |
|---|---|
| 제품규격 | 28G(바늘 사이즈) / 5.2cm / 100개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 본체의 버튼을 눌러 자동으로 채혈하는 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 재사용이 불가능한 일회용자동랜식 시스템일 것<br>○ 통증이 적은 제품일 것<br>○ 빠르고 안전하게 채혈되는 제품일 것<br>○ 채혈침 뚜껑을 열기전까지 바늘이 외부로 노출되지 않는 제품일 것<br>○ push 타입의 채혈기로 본체의 버튼을 누르기만 하면 되는 제품<br>○ 사이즈 : 5.2cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 체온계 보호캡 |
|---|---|
| 제품규격 | 20개입/1개 |
| 참고그림 | <br> |
| 용 도 | 체온계 필터를 보호하는 비닐 캡 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 브라운 체온계와 호환이 되는 비닐캡이어야 한다.<br>○ 귀체온계용 렌즈필터 보호캡. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다. |

| 제품명칭 | 휴대용산소포화도 측정 센서 |
|---|---|
| 제품규격 | 80cm |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 손, 발가락, 귀 등에 부착하여 일반적인 인체 신호를 감지하거나 산소포화도 측정시 사용하는 도구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ VP-700, B105P, MP800 모델을 사용으로 호환이 되는 제품이어야 한다.<br>○ 말단이 접착식으로 되어 있는 제품일 것.<br>○ 사이즈 : 80cm (±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 설압자 |
| --- | --- |
| 제품규격 | 150mm*17mm*1.6mm / 100개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 기관과 조직주변의 검사를 용이하게 하기 위해 혀를 누르거나 이동시키는데 사용하는 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 박스에 포장된 제품이어야 한다.<br>○ 나무로 된 재질이며 쉽게 부러지지 않아야 한다.<br>○ 설압자가 하나씩 낱개로 멸균 포장이 되어 있어야 한다.<br>○ 사이즈 : 150mmx17mmx1.6mm (±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 일회용주사기 |
|---|---|
| 제품규격 | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50ml |
| 참고그림 | <br><br><br><br><br><br> |
| 용 도 | 피하 및 근육주사용으로 의약품을 체내에 투여하기 위하여 사용 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 규격 : 1, 2, 3, 5, 10, 50ml<br>○ 용도 외 사용을 금함 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 3way stopcock |
|---|---|
| 제품규격 | 50개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 정맥로 확보 시 다른 수액 주입기구와 안전하게 연결하기 위한 커넥터 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 정맥주사용 카테터 등에 접속하는데 사용하는 기구<br>○ 멸균처리 된 제품일 것<br>○ 50개입 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |


| 제품명칭 | 3way-extension line |
|---|---|
| 제품규격 | 50개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 정맥로 확보 시 다른 수액 주입기구와 안전하게 연결하기 위한 커넥터 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 정맥주사용 카테터 등에 접속하는데 사용하는 기구<br>○ 멸균처리 된 제품일 것<br>○ 50개입 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 수액세트 |
|---|---|
| 제품규격 | 50입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 정맥로 확보 시 사용 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 병용, BAG용 겸용으로 사용할 수 있을 것<br>○ 멸균처리 된 제품일 것<br>○ 유량조절기가 있을 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 정맥주사바늘 고정테이프 |
|---|---|
| 제품규격 | 6X7cm, 100매입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 상처 부위에 삼출물이 말라 딱지가 생기는 것을 방지하고 상처가 자극 없이 보호 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 규격 : 6cm X 7cm(±5% 허용오차범위), 100매입<br>○ 투명 필름이므로 드레싱 제거 없이 관찰이 가능하여야 한다.<br>○ 우수한 활동성과 편안함을 제공해야 하며, 환자는 샤워가 가능하여야 한다.<br>○ 거즈 드레싱보다 장기간 유지할 수 있어야 한다.<br>○ 사진틀 형태로 되어 있어 드레싱 하기에 쉽고 편리하며 낭비가 없어야 한다.<br>○ 방수 기능을 가진 필름이 있어 드레싱을 간단하게 고정하며 외부 오염을 막아야 한다.<br>○ 피부 기능이 정상적으로 유지될 수 있게, 드레싱을 통한 산소의 유입과 땀의 방출이 가능하여야 한다.<br>○ 멸균처리 되어 있어 세균의 외부오염으로부터 보호해 주어야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 고무줄 토니켓 |
|---|---|
| 제품규격 | 1M*10개 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 환자의 정맥확보 보조 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 고무형으로 충분한 탄력성을 보유<br>- 규격 : 1M*10개(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함 |

| 제품명칭 | 자동원터치 채혈밴드 |
|---|---|
| 제품규격 | 40cm*2.5cm |
| 참고그림 |   |
| 용 도 | 환자의 정맥확보 보조 장비 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 팔, 다리 등 채혈, 정맥주사를 놓을 때 팔을 묶어 정맥을 쉽게 노출시키기 위한 용도<br>○ 간단한 원토치 오픈방식, 신축성 있는 밴드타입 지혈<br>○ 사이즈 : 40cm*2.5cm(±5% 허용오차범위) |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | IV카테터(안전바늘) |
|---|---|
| 제품규격 | 18G, 20G, 22G, 24G / 50개입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 약품을 인체에 직접 주입하기위해 사용하는 의료용구 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 크기 : 16G/18G/20G/22G/24G<br>○ 재질 : 멸균 처리된 플라스틱<br>○ 캡은 어느 방향에서도 탈,부착이 용이한 구조일 것 (원형이거나 정다각형)<br>○ 혈관이 천자 되었을 때 혈액이 맺히는 모습이 잘 보여야 함.<br>○ 사용후 바늘(stylet)이 본체 내부로 들어가 찔림사고를 예방 할 것.<br>○ 멸균상태일 것 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 제세동패치 (NIHON KOHDEN PADS) |
|---|---|
| 제품규격 | NIHON KOHDEN PADS |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 심실 세동 환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 소모품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ NIHON KOHDEN사 자동심장충격기에 연결하여 사용 할 수 있을 것.<br>○ 자동심장충격기를 제조한 제조사의 구성품 또는 동등 이상의 제품일 것.<br>○ 자동심장충격기에 패치 연결 시 정상적으로 패치가 연결되었음을 모니터에 표시되어야 할 것.<br>○ 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있을 것.<br>○ 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않을 것.<br>○ 패드와 케이블이 일체형으로 되어 있을 것.<br>○ 전기충격과 심전도 분석이 가능할 것<br>○ 패드에 부착위치표시가 되어있어 부착위치에 혼동이 없을 것.<br>○ 패드가 밀봉되어 있어야하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시 되어 있을 것.<br>○ 사용유효기간이 납품일로부터 최소 12개월 이상일 것.<br>○ 사용 시 신체 및 기기 등에 안전상의 문제가 없어야 하며 문제 발생 시 해당 업체에서 책임질 것<br>○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 할 것(국내 A/S 지정 서류 제출)<br>○ 식품의약품 안전처 품목허가·신고를 필한 제품일 것<br>○ 한글 제품설명서(수입품일 경우 영문설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출할 것<br>○ 성인과 10kg이상 소아에게 사용 가능할 것<br>○ 구성품 : 연결케이블 1조, 제세동 패치 2조 1세트 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 제세동패치 (CorPatch) |
|---|---|
| 제품규격 | Corpuls / 성인소아용, 유아용 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 심실 세동 환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 소모품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ Corpuls3, Corpuls1 자동심장충격기에 연결하여 사용 할 수 있을 것.<br>○ 자동심장충격기를 제조한 제조사의 구성품 또는 동등 이상의 제품일 것.<br>○ 자동심장충격기에 패치 연결 시 정상적으로 패치가 연결되었음을 모니터에 표시되어야 할 것.<br>○ 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있을 것.<br>○ 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않을 것.<br>○ 패드와 케이블이 일체형으로 되어 있을 것.<br>○ 패드에 부착위치표시가 되어있어 부착위치에 혼동이 없을 것.<br>○ 패드가 밀봉되어 있어야하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시 되어 있을 것.<br>○ 사용유효기간이 납품일로부터 최소 12개월 이상일 것.<br>○ 사용 시 신체 및 기기 등에 안전상의 문제가 없어야 하며 문제 발생 시 해당 업체에서 책임질 것<br>○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 할 것(국내 A/S 지정 서류 제출)<br>○ 식품의약품 안전처 품목허가·신고를 필한 제품일 것<br>○ 한글 제품설명서(수입품일 경우 영문설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출할 것<br>○ 성인과 10kg이상 소아에게 사용 가능할 것<br>○ 구성품 : 연결케이블 1조, 제세동 패치 2조 1세트 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 제세동패치 |
|---|---|
| 제품규격 | CU-SP1 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 심장마비 환자의 흉벽에 전극을 붙여 심전도 분석 및 전기 쇼크를 전달하는 의료용 전극 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 제조사 CU메디칼시스템사의 자동 제세동기 허가사항에 구성된 제품(순정품)이어야 한다.<br>○ 성인용 제세동 전극으로 일회용으로 사용해야 한다.<br>○ 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다.<br>○ 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다.<br>○ 패드에 부착 위치가 표시되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다.<br>○ 전기충격 및 심전도 모니터링이 동시에 가능해야 한다.<br>○ 사용자의 안전을 위해 전극과 케이블이 일체형이어야 한다.<br>○ 젤이 건조하는 것을 방지하기 위해 완전 밀봉되어 있어야 한다.<br>○ 포장 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다.<br>○ 사용 유효기간이 최소 납품 일로부터 12개월 이상이어야 한다.<br>○ 포장크기 : 140 X 190mm (±2mm) (가로 X 세로)<br>○ 무게 : 110 ± 10g<br>○ 식약청 품목 신고를 획득해야 한다. |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |

| 제품명칭 | 심전도 전극 |
|---|---|
| 제품규격 | 성인용 / 50입 |
| 참고그림 |  |
| 용 도 | 심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품 |
| 주요제원 및 성 능 | ○ 일회용 제품이어야 한다.<br>○ 심전도기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품이어야 한다.<br>○ 1팩 50개입 |
| 납품 및 제품보증 | ○ 제품규격 및 사양과 동등 이상의 제품일 것<br>○ 제품수량을 동일제품으로 하여 계약체결 후 7일 이내에 지정장소로 일괄 납품할 것<br>○ 특정 A/S기간이 명기되지 않은 제품 보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체해줘야 함<br>○ 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.<br>○ 식품의약품안전처의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품일 것 |